

Specyfikacja techniczna drobnego sprzętu medycznego oraz detektora tętna płodu (wymagane minimum).

#### 1. Ssak medyczny

- - zasilanie 230V/50 Hz
- - praca ciągła
- - podciśnienie; 75 kPa
- - przepływ ograniczony filtrem 15 L/min
- - gwarancja min. 3 lata
- - butla z poliwęglanu 1 L z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem
- - regulator i wskaźnik podciśnienia
- - dreny silikonowe
- - filtr bakteryjny

#### 2. Inhalator pneumatyczny do użytku w placówkach służby zdrowia

- - tryb pracy – ciągły
- - głośność do 55 dB
- - ciśnienie 3,5 bar
- - przewód powietrzny min. 2 m
- - maska dla dorosłych i maska dla dzieci, filtr, ustnik dla dorosłych i dla dzieci, końcówki do nosa
- - min. pojemność nebulizatora - 2-8 ml

#### 3. Waga niemowlęca elektroniczna przenośna

- Ergonomiczny design zapewniający wygodę dziecku oraz ułatwiający utrzymanie wagi w czystości
- Funkcja automatycznego wyłączenia
- Funkcja Tara
- Duży wyświetlacz LCD
- Precyzja 10g
- Nośność maksymalna: do 20 kg
- Wybór jednostki pomiaru: kg, lb, st.
- zasilanie: baterie
- wysokość max. 7 cm
- waga max. 2 kg

#### 4. Detektor tętna płodu

- głowica szerokokątna – 7-elementowa
- niski poziom szumów
- ręczna i automatyczna regulacja głośności
- pomiar częstości akcji serca FHR, 50-210 bpm
- możliwość użycia do 10 tyg. ciąży
- automatyczny wyłącznik
- zasilanie bateryjne lub akumulatorowe
- długi czas pracy baterii ok. 30 godz.
- sygnalizacja stanu baterii/akumulatorów